

## Kit de prueba y recambios del ajuste facial cuantitativo/cualitativo Portacount/AccuFIT

Kit de pruebas de ajuste facial cualitativas / BPT050-000-000



### DESCRIPCIÓN

El kit de prueba FaceFit incluye: 2 nebulizadores (1x sensibilidad, 1x prueba de ajuste), 2 botellas de solución (1x sensibilidad, 1x prueba de ajuste) - Aproximadamente 40-60 pruebas dependiendo de la sensibilidad de las personas, 1x capucha, 1x collar, 1x manual de instrucciones y 10x formularios de informe de prueba.

- Kit completo\* - BPT050-000-000
- 2. *Nebulizadores de reemplazo c/w Tapas de repuesto y Pin de limpieza (1x sensibilidad y 1x prueba de ajuste) - BPT070-000-000*
- 3. *Botellas de solución de repuesto (1x sensibilidad, 1x prueba de ajuste) - BPT080-000-000 (Aproximadamente 40-60 pruebas dependiendo de la sensibilidad de las personas)*
- 4. *Campana de repuesto - BPT060-000-000*
- 5. *Guía de medición de cara - BHU000-000-100*
- 6. *Adaptador de prueba de ajuste cuantitativo Force® Portacount/AccuFIT - BPT092-000-000*

### OPCIONES

#### Kit de pruebas de ajuste facial cualitativas (BPT050-000-000)

- Adaptador para pruebas de ajuste cuantitativas Force® Portacount / AccuFIT (BPT092-000-000)
- Capucha de repuesto (BPT060-000-000)
- Nebulizadores de Repuesto (BPT070-000-000)
- Soluciones de prueba de repuesto (BPT080-000-000)
- Guía de tallas (BHU000-000-100)

### NORMAS DE SEGURIDAD

INDG 479 • ED 6273 • ISO 16975-3 • UNI 11719



## ESPECIFICACIONES

Material

Campana de prueba - polipropileno con panel de PVC transparente

Material

Insertos de nebulizador - Policarbonato

Material

Solución para prueba de ajuste de 55ml -Envase de HDPE, solución acuosa de benzoato de denatonio al 0,169%.

Material

Caja de transporte - Correx

Condiciones de almacenamiento

Almacene las soluciones entre +5° C y +40° C

Peso del producto

Kit completo 650g

Material

Nebulizador - policarbonato con polietileno y accesorios de caucho

Material

Solución de sensibilidad 55 ml - Envase de HDPE, solución acuosa de benzoato de denatonio al 0,0135%.

Material

Nebulizadores y Soporte para la Solución - Espuma

Libre de látex

Condiciones de almacenamiento

Humedad relativa no superior a 75%

## USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

Aeroespacial	Agrícola
Aeropuertos	Construcción e infraestructura
Administración de instalaciones	Fabricación de alimentos y bebidas
Silvicultura y Paisajismo	Hospitales, Cuidado de la salud y Productos Farmacéuticos
Mandato Legal	Fabricación
Marítimo	Minería, áridos y canteras
Empresas de petróleo, gas y productos químicos	Vías férreas y túneles
Energía renovable, eólica y solar	Andamios y tejados
Comerciante Individual	Transporte, Almacenaje y Logística
Contratistas de Servicios Públicos	Soldadura

## DESCARGAR

 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [face-fit-test-kit-dofc-20160801.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 29 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

